# Product Quality Certificate | Certificado de Calidad de Producto

TERRAGENE®

July 30th, 2020

**Product code / Código de producto:** CDS47A

**Product description / Descripción de producto:** 3D chemical indicator for monitoring test of disinfection of environments and surfaces by Hydrogen Peroxide aerosol. / Indicador químico 3D para ensayo de monitoreo de desinfección de ambientes y de superficies por aerosol de Peróxido de Hidrógeno.

**Batch number / Número de lote:** CDS47A150720

**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 2020-07

**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 2025-07

**Transition color / Color de transición:** Turns to green / Vira a verde.

**Process specification / Especificaciones de proceso:**

Concentration / Concentración: ≥ 6% $H_2O_2$ solution

Injected quantity: 5 ml solution of $H_2O_2$ / $m^3$ room.

Exposure time / Tiempo de exposición: ≥ 2 hs

Temperature / Tempertura: 10 – 30 °C

Relative humidity / Humedad relativa: 30 – 80 %

**Conclusion:** The product batch **CDS47A150720** was manufactured under Quality Management System standards ISO 13485:2016/NS-EN ISO 13485:2016. / El lote de producto **CDS47A150720** fue elaborado bajo las normas ISO 13485:2016/NS-EN ISO 13485:2016 del Sistema de Gestión de Calidad.

TERRAGENE S.A.

Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO