

March 31st, 2026

Product code / Código de producto: CDS47A

Product description / Descripción de producto: 3D chemical indicator for monitoring test of disinfection of environments and surfaces by hydrogen peroxide aerosol. / Indicador químico 3D para ensayo de monitoreo de desinfección de ambientes y de superficies por aerosol de peróxido de hidrógeno.

Batch number / Número de lote: B60067

Manufacture date / Fecha de fabricación: 2026-02-01

Expiration date / Fecha de vencimiento: 2031-01-31

Transition color / Color de transición: Turns to green / Vira a verde.

Process specification / Especificaciones de proceso:

Concentration / Concentración: \geq 6% H₂O₂ solution

Injected quantity / Cantidad inyectada: 5 ml solution of H₂O₂/m³ room. / 5 ml de solución de H₂O₂/m³ habitación

Exposure time / Tiempo de exposición: \geq 2 hs

Temperature / Temperatura: 10-30 °C

Relative humidity / Humedad relativa: 30-80 %

Conclusion: The product batch **B60067** meets the established specifications. / El lote de producto **B60067** cumple con las especificaciones establecidas.



TERRAGENE S.A.

Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO