Terragene®

Product Quality Certificate
Certificado de Calidad de Producto

Rev. 02 | 05.2024

September 20th, 2024

Product code / Código de producto: CDS47V

Product description / Descripción de producto: 3D chemical indicator for monitoring test of disinfection of environments and surfaces by Hydrogen Peroxide vapor. / Indicador químico 3D para ensayo de monitoreo de desinfección de ambientes y de superficies por vapor de Peróxido de Hidrógeno.

Batch number / Número de lote: B40386

Manufacture date / Fecha de fabricación: 2024-08-01

Expiration date / Fecha de vencimiento: 2029-07-31

Transition color / Color de transición: Turns to Yellow / Vira a Amarillo.

Process specification / Especificaciones de proceso:

Exposure time / Tiempo de exposición ≥ 20 min

Concentration / Concentración: ≥ 400 ppm H_2O_2 vapor.

Temperature / Tempertura: 10 – 30 °C

Relative humidity / Humedad relativa: 30 – 80 %

Conclusion: The product batch **B40386** was manufactured under Quality Management System standards ISO 13485:2016/NS-EN ISO 13485:2016. / El lote de producto **B40386** fue elaborado bajo las normas ISO 13485:2016/NS-EN ISO 13485:2016 del Sistema de Gestión de Calidad.

TERRAGENE S.A.

Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO

Ruta Nac. Nº 9, Km 280, CP 2130, Parque Industrial Micropi, Alvear, Santa Fe, Argentina
Tel +54 341 5587007 - info@terragene.com - www.terragene.com