

March 30th, 2022**Product code / código de Producto:** CT10**Product description / Descripción de producto:** Indicator Tape for EO sterilization processes. (18 mm x 50 m), Type 1 (according to ISO 11140-1. / Cinta Indicadora para procesos de esterilización por OE (18 mm x 50 m), Tipo 1 (conforme ISO 11140-1).**Batch number / Número de lote:** B20125**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 2021-10**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 2026-10**Transition color / Color de Transición:** Turns to green. / Vira a verde.**Endpoint conditions / Condiciones del punto final:** 600 mg/l EO, 60% HR, 54°C, 20 min. // 600 mg/l EO, 60% HR, 37°C, 25 min.

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and ISO 11140-1 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP e ISO 11140-1. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: Product batch **B20125** meets the specifications under USP and ISO 11140-1 regulation. / El lote de producto **B20125** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP e ISO 11140-1.



TERRAGENE S.A.

Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO