

February 11th, 2026**Product code / Código de producto:** CT10**Product description / Descripción de producto:** Indicator tape for EO sterilization processes. (18 mm x 50 m), Type 1 (according to ISO 11140-1:2014 standard). / Cinta indicadora para procesos de esterilización por OE (18 mm x 50 m), Tipo 1 (conforme a la norma ISO 11140-1:2014).**Batch number / Número de lote:** B60020**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 2024-06-01**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 2029-05-31**Transition color / Color de transición:** Turns to green. / Vira a verde.**Endpoint conditions / Condiciones del punto final:** 600 mg/l EO, 60% HR, 54°C, 20 min. // 600 mg/l EO, 60% HR, 37°C, 25 min.

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with ISO 11140-1:2014 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con la norma ISO 11140-1:2014. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: Product batch **B60020** is in conformity with the specifications established in ISO 11140-1:2014 standard. / El lote de producto **B60020** es conforme a las especificaciones establecidas en la norma ISO 11140-1:2014.



TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO