



01-06-11

## TERRAGENE

BIOTECNOLOGIA Y GENETICA

**Product Quality Certificate / Certificado de Calidad de Producto****Product code / Código de Producto:** CT10

**Product description / Descripción de producto:** Indicator Tape for EO sterilization processes.  
(18 mm x 50 mts).Class 1 (EN ISO 11140-1:2009) / Cinta indicadora para procesos de  
esterilización por OE. (18 mm x 50 mts).Clase 1 (EN ISO 11140-1:2009)

**Batch number / Número de Lote:** CT10 010611**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 06.2011**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 06.2016**Transition color / Color de Transición:** Turns to green / Vira a verde.

**Process specification / Especificaciones de proceso:** 600 mg/l de EO, 54 % HR, 30 °C, 30 min.

Parameters determined at the time of manufacturing complies with USP and EN ISO 11140-1:2009. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme a estándares USP y EN ISO 11140-1:2009. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

**Conclusion:** The product batch **CT10 010611** meets the specifications under USP and EN ISO 11140-1:2009 regulation. / El lote de producto **CT10 010611** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP y EN ISO 11140-1:2009.

TERRAGENE S.R.L.  
Lic. Adrián Rovetto  
DIRECTOR TÉCNICO