



31-10-2012

TERRAGENE
BIOTECNOLOGIA Y GENETICA

Product Quality Certificate / Certificado de Calidad de Producto

Product code / Código de Producto: CT10

Product description / Descripción de producto: Indicator Tape for EO sterilization processes. (18 mm x 50 mts). Class 1 (EN ISO 11140-1:2009) / Cinta indicadora para procesos de esterilización por OE. (18 mm x 50 mts). Clase 1 (EN ISO 11140-1:2009)

Batch number / Número de Lote: CT10301012

Manufacture date / Fecha de fabricación: 10.2012

Expiration date / Fecha de vencimiento: 10.2017

Transition color / Color de Transición: Turns to green / Vira a verde.

Process specification / Especificaciones de proceso: 600 mg/l de EO, 54 % HR, 30 °C, 30 min.

Parameters determined at the time of manufacturing complies with USP and EN ISO 11140-1:2009. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established.
Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme a estándares USP y EN ISO 11140-1:2009. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

Conclusion: The product batch **CT10301012** meets the specifications under USP and EN ISO 11140-1:2009 regulation. / El lote de producto **CT10301012** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP y EN ISO 11140-1:2009.


TERRAGENE S.R.L.
Lic. Adrián Revetto
DIRECTOR TÉCNICO