Product Quality Certificate
Certificado de Calidad de Producto

Rev. 03 | 07.2024

January 24th, 2025

Product code / código de Producto: CT20

Product description / Descripción de producto: Indicator Tape for Steam sterilization processes. Type 1 (ISO 11140-1:2014) / Cinta Indicadora para procesos de esterilización por Vapor. Tipo 1 (ISO 11140-1:2014).

Batch number / Número de lote: B50015

Manufacture date / Fecha de fabricación: 2025-01-01

Expiration date / Fecha de vencimiento: 2026-12-31

Transition color / Color de Transición: Turns to brown/black. / Vira a marrón oscuro/negro.

Endpoint conditions / Condiciones del punto final: 121 °C, 10 min. // 134 °C, 2 min.

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and ISO 11140-1 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP e ISO 11140-1. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: Product batch **B50015** meets the specifications under USP and ISO 11140-1 regulation. / El lote de producto **B50015** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP e ISO 11140-1.

TERRAGENE S.A.

Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO

Ruta Nac. Nº 9, Km 280, CP 2130, Parque Industrial Micropi, Alvear, Santa Fe, Argentina
Tel +54 341 5587007 - info@terragene.com - www.terragene.com