

March 10th, 2026**Product code / Código de producto:** CT20**Product description / Descripción de producto:** Indicator tape for steam sterilization processes. Type 1 (according to ISO 11140-1:2014 standard) / Cinta indicadora para procesos de esterilización por vapor. Tipo 1 (conforme a la norma ISO 11140-1:2014).**Batch number / Número de lote:** B60043**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 2025-09-01**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 2027-08-31**Transition color / Color de transición:** Turns to brown/black. / Vira a marrón oscuro/negro.**Endpoint conditions / Condiciones del punto final:** 121 °C, 10 min. // 134 °C, 2 min.

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with ISO 11140-1:2014 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con la norma ISO 11140-1:2014. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: Product batch **B60043** is in conformity with the specifications established in ISO 11140-1:2014 standard. / El lote de producto **B60043** es conforme a las especificaciones establecidas en la norma ISO 11140-1:2014.



TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO