



June 20th, 2014

Product Quality Certificate / Certificado de Calidad de Producto

Product code / Código de Producto: CT22

Product description / Descripción de producto: Super Adherent Indicator Tape for Steam sterilization process. (18 mm x 50 mts). Class 1 (EN ISO 11140-1:2009) / Cinta indicadora súper adherente para procesos de esterilización por Vapor. (18 mm x 50 mts). Clase 1 (EN ISO 11140-1:2009).

Batch number / Número de Lote: CT22200614A

Manufacture date / Fecha de fabricación: 06.2014

Expiration date / Fecha de vencimiento: 06.2019

Transition color / Color de Transición: Turns to Brown / Vira a Marrón

Process specification / Especificaciones de proceso: 121 °C, 10 min. // 134 °C, 2 min.

Parameters determined at the time of manufacturing complies with USP and EN ISO 11140-1:2009. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme a estándares USP y EN ISO 11140-1:2009. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: The product batch **CT22200614A** meets the specifications under USP and EN ISO 11140-1:2009 regulation. / El lote de producto **CT22200614A** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP y EN ISO 11140-1:2009.



TERRAGENE S.R.L.
Lic. Adrián Revetto
DIRECTOR TECNICO