TERRAGENE
BIOTECNOLOGIA Y GENETICA

08-2013

Product Quality Certificate / Certificado de Calidad de Producto

Product code / Código de Producto: CT30

Product description / Descripción de producto: Indicator Tape for dry heat sterilization process. (18 mm x 50 mts).Class 1 (EN ISO 11140-1:2009) / Cinta indicadora para procesos de esterilización por calor seco. (18 mm x 50 mts).Clase 1 (EN ISO 11140-1:2009)

Batch number / Número de Lote: CT30280813

Manufacture date / Fecha de fabricación: 08.2013

Expiration date / Fecha de vencimiento: 08.2018

Transition color / Color de Transición: Turns to BROWN / Vira a MARRÓN.

Process specification / Especificaciones de proceso: 160 ℃, 40 min.

Parameters determined at the time of manufacturing complies with USP and EN ISO 11140-1:2009. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. /Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme a estándares USP y EN ISO 11140-1:2009. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: The product batch **CT30280813** meets the specifications under USP and EN ISO 11140-1:2009 regulation. / El lote de producto **CT30280813** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP y EN ISO 11140-1:2009.

TERRAGENE S.R.L.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO

Terragene S.R.L.
Güemes 2879 - 2000 Rosario - Santa Fe - Argentina
Tel.: +54 341 4362015 / 4306245 / 4300446 / 4300616
www.terragene.com.ar