Product Quality Certificate | Certificado de Calidad de Producto

TERRAGENE®

December 26th, 2017

Product code / Código de producto: CT30

Product description / Descripción de producto: Indicator Tape for Dry Heat sterilization processes (19 mm x 50 mts). Type 1 (ISO 11140-1:2014). / Cinta Indicadora para procesos de esterilización por Calor Seco (19 mm x 50 mts). Tipo 1 (ISO 11140-1:2014).

Batch number / Número de lote: CT30131217A

Manufacture date / Fecha de fabricación: 2017-12

Expiration date / Fecha de vencimiento: 2022-12

Transition color / Color de Transición: Turns to Brown / Vira a Marrón.

Process specification / Especificaciones de proceso: 40 minutes, 160°C - 20 minutes, 180°C.

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and ISO 11140-1:2014 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP e ISO 11140-1:2014. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: Product batch **CT30131217A** meets the specifications under USP and ISO 11140-1:2014 regulation. / El lote de producto **CT30131217A** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP e ISO 11140-1:2014.

TERRAGENE S.A.

Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO