TERRAGENE

Innovation in technologies for sterilization and disinfection control

September 9th, 2016

Product Quality Certificate / Certificado de Calidad de Producto

Product code / código de Producto: CT40

Product description / Descripción de producto: Indicator Tape for Plasma or Vaporized Hydrogen Peroxide sterilization processes (19 mm x 50 mts). Type 1 (ISO 11140-1:2014) / Cinta Indicadora para procesos de esterilización por Plasma o vapor de Peróxido de Hidrógeno (19 mm x 50 mts). Tipo 1 (ISO 11140-1:2014).

Batch number / Número de lote: CT40P190816

Manufacture date / Fecha de fabricación: 2016-08

Expiration date / Fecha de vencimiento: 2021-08

Transition color / Color de Transición: Turns to Green / Vira a Verde.

Process specification / Especificaciones de proceso: 6 min., 50 °C, 2.3 mg/l H_2O_2 // 10 min., 27 ºC, 2.3 mg/l H_2O_2.

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and ISO 11140-1:2014 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP e ISO 11140-1:2014. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: Product batch **CT40P190816** meets the specifications under USP and ISO 11140-1:2014 regulation / El lote de producto **CT40P190816** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP e ISO 11140-1:2014.

TERRAGENE S.A.

Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO