Terragene®

Product Quality Certificate
Certificado de Calidad de Producto

Rev. 08 | 01.2021

August 18th, 2022

Product code / código de Producto: CT40

Product description / Descripción de producto: Chemical Process Indicator tape (20 mm x 50 m) for Plasma or Vaporized Hydrogen Peroxide sterilization processes. Type 1 (according to ISO 11140-1). / Cinta (20 mm x 50 m) con Indicador Químico de Proceso para procesos de esterilización por Plasma o Vapor de Peróxido de Hidrógeno. Tipo 1 (conforme ISO 11140-1).

Batch number / Número de lote: B20468

Manufacture date / Fecha de fabricación: 2022-08

Expiration date / Fecha de vencimiento: 2027-08

Transition color / Color de Transición: Turns to green. / Vira a verde.

Endpoint conditions / Condiciones del punto final: 6 min., 50 °C, 2.3 mg/l H_2O_2

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and ISO 11140-1 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP e ISO 11140-1. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: Product batch **B20468** meets the specifications under USP and ISO 11140-1 regulation. / El lote de producto **B20468** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP e ISO 11140-1.

TERRAGENE S.A.

Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO

Ruta Nac. Nº 9, Km 280, CP 2130, Parque Industrial Micropi, Alvear, Santa Fe, Argentina
Tel +54 341 5587007 - info@terragene.com - www.terragene.com