

March 30th, 2026**Product code / Código de producto:** CT30**Product description / Descripción de producto:** Process indicator tape for dry heat sterilization processes (18 mm x 50 mts), Type 1 (according to ISO 11140-1:2014 standard). / Cinta indicadora de proceso para procesos de esterilización por calor seco (18 mm x 50 mts), Tipo 1 (conforme a la norma ISO 11140-1:2014).**Batch number / Número de lote:** B60076**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 2026-01-01**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 2030-12-31**Transition color / Color de transición:** Turns to brown. / Vira a marrón.**Process specification / Especificaciones de proceso:** 40 min, 160°C // 20 min, 180°C.

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with ISO 11140-1:2014 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con la norma ISO 11140-1:2014. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: Product batch **B60076** is in conformity with the specifications established in ISO 11140-1:2014 standard. / El lote de producto **B60076** es conforme a las especificaciones establecidas en la norma ISO 11140-1:2014.



TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO