

February 20th, 2026**Product code / Código de producto:** CT40**Product description / Descripción de producto:** Chemical process indicator tape (20 mm x 50 m) for plasma or vaporized hydrogen peroxide sterilization processes. Type 1 (according to ISO 11140-1:2014 standard). / Cinta (20 mm x 50 m) con indicador químico de proceso para procesos de esterilización por plasma o vapor de peróxido de hidrógeno. Tipo 1 (conforme a la norma ISO 11140-1:2014).**Batch number / Número de lote:** B60019**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 2026-02-01**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 2031-01-31**Transition color / Color de transición:** Turns to green. / Vira a verde.**Endpoint conditions / Condiciones del punto final:** 6 min., 50 °C, 2.3 mg/l H₂O₂

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with ISO 11140-1:2014 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con la norma ISO 11140-1:2014. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: Product batch **B60019** is in conformity with the specifications established in ISO 11140-1:2014 standard. / El lote de producto **B60019** es conforme a las especificaciones establecidas en la norma ISO 11140-1:2014.



TERRAGENE S.A.

Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO