

April 28th, 2023**Product code / código de Producto:** CT50**Product description / Descripción de producto:** Indicator Tape for Formaldehyde sterilization processes. (18 mm x 50 m), Type 1 (according to ISO 11140-1. / Cinta Indicadora de procesos de esterilización por Formaldehído (18 mm x 50 m), Tipo 1 (conforme ISO 11140-1).**Batch number / Número de lote:** B30033**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 2022-08**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 2027-08**Transition color / Color de Transición:** Turns to green. / Vira a verde.**Endpoint conditions / Condiciones del punto final:** 1.0 mol/l FORM, 70°C, 15 min.

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and ISO 11140-1 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP e ISO 11140-1. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: Product batch **B30033** meets the specifications under USP and ISO 11140-1 regulation. / El lote de producto **B30033** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP e ISO 11140-1.


TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO