TERRAGENE
BIOTECNOLOGIA Y GENETICA

22-03-12

Product Quality Certificate / Certificado de Calidad de Producto

Product code / Código de Producto: CT50

Product description / Descripción de producto: Indicator Tape for Formaldehyde sterilization processes.Class 1 (EN ISO 11140-1:2009) / Cinta indicadora para procesos de esterilización por Formaldheído .Clase 1 (EN ISO 11140-1:2009).

Batch number / Número de Lote: CT50020312
Manufacture date / Fecha de fabricación: 03.2012
Expiration date / Fecha de vencimiento: 03.2017

Transition color / Color de Transición: Turns to green / Vira a verde.
Process specification / Especificaciones de proceso: 20 min. 70 ºC, 1,0 mol/l.

Parameters determined at the time of manufacturing complies with USP and EN ISO 11140-1:2009. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established.
Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme a estándares USP y EN ISO 11140-1:2009. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.
Conclusion: The product batch **CT50020312** meets the specifications under USP and EN ISO 11140-1:2009 regulation. / El lote de producto **CT50020312** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP y EN ISO 11140-1:2009.

TERRAGENE
BIOTECNOLOGIA Y GENETICA

TERRAGENE S.R.L.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO