


October 6<sup>th</sup>, 2023**Product code / Código de producto:** IT26-1YS**Product description / Descripción de producto:** Unique point Integrator Indicator for Steam sterilization processes, type 5 (ISO 11140-1). / Indicador Integrador de un punto para procesos de esterilización por Vapor, tipo 5 (ISO 11140-1).**Batch number / Número de lote:** B30468**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 2023-10**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 2028-10**Transition color / Color de transición:** Turns to black / Vira a negro.**Process specification / Especificaciones de proceso:****SV<sub>121°C</sub>** = 16.6 min**SV<sub>128°C</sub>** = 8.9 min**SV<sub>135°C</sub>** = 4.8 min

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and ISO 11140-1 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the

conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP e ISO 11140-1. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

**CONCLUSION:** Product batch **B30468** meets the specifications under USP and ISO 11140-1 regulation. / El lote de producto **B30468** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP e ISO 11140-1.

**TERRAGENE S.A.**Lic. Adrián Rovetto  
DIRECTOR TÉCNICO