


December 10th, 2025**Product code / Código de producto:** IT26-1YS

Product description / Descripción de producto: Unique point integrator indicator for steam sterilization processes, type 5 (according to ISO 11140-1:2014 standard). / Indicador integrador de un punto para procesos de esterilización por vapor, tipo 5 (conforme a la norma ISO 11140-1:2014).

Batch number / Número de lote: B50693**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 2025-12-01**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 2030-11-30**Transition color / Color de transición:** Turns to black / Vira a negro.**Process specifications / Especificaciones de proceso:****SV_{121°C}** = 16.8 min**SV_{128°C}** = 7.0 min**SV_{135°C}** = 3.3 min

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with ISO 11140-1:2014 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con la norma ISO 11140-1:2014. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: Product batch **B50693** is in conformity with the specifications established in ISO 11140-1:2014 standard. / El lote de producto **B50693** es conforme a las especificaciones establecidas en la norma ISO 11140-1:2014.


TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO