# Product Quality Certificate
# Certificado de Calidad de Producto

Rev. 09 | 05.2024

March 26th, 2025

**Product code / Código de producto**: IT26-C

**Product description / Descripción de producto**: Moving front Chemical Integrator for Steam sterilization processes, (type 5 Integrating Indicator according to ISO 11140-1). / Integrador Químico de frente progresivo para procesos de esterilización por Vapor, (Indicador Integrador tipo 5 conforme ISO 11140-1).

**Batch number / Número de lote**: B50076

**Manufacture date / Fecha de fabricación**: 2025-03-01

**Expiration date / Fecha de vencimiento**: 2030-02-28

**Accept condition / Condición de aceptación**: Once the dark bar reaches the ACCEPT zone. / Una vez que la barra oscura llega a la zona ACCEPT.

**Process specification / Especificaciones de proceso**:

**$SV_{121°C}$** = 24.9 min

**$SV_{128°C}$** = 12.9 min

**$SV_{135°C}$** = 4.3 min




Ruta Nac. Nº 9, Km 280, CP 2130, Parque Industrial Micropi, Alvear, Santa Fe, Argentina
Tel +54 341 5587007 - info@terragene.com - www.terragene.com

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and ISO 11140-1 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP e ISO 11140-1. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

**CONCLUSION**: Product batch **B50076** meets the specifications under USP and ISO 11140-1 regulation. / El lote de producto **B50076** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP e ISO 11140-1.

TERRAGENE S.A.

Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO