


April 21st, 2026**Product code / Código de producto:** IT26-C**Product description / Descripción de producto:** Moving front chemical integrator for steam sterilization processes, (type 5 Integrating Indicator according to ISO 11140-1:2014 standard). / Integrador químico de frente progresivo para procesos de esterilización por vapor, (Indicador Integrador tipo 5 conforme a la norma ISO 11140-1:2014).**Batch number / Número de lote:** B60167**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 2026-03-01**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 2031-02-28**Accept condition / Condición de aceptación:** Once the dark bar reaches the ACCEPT zone. / Una vez que la barra oscura llega a la zona ACCEPT.**Process specifications / Especificaciones de proceso:**SV_{121°C} = 24.9 minSV_{128°C} = 12.0 minSV_{135 °C} = 3.0 min

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with ISO 11140-1:2014 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con la norma ISO 11140-1:2014. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: Product batch **B60167** is in conformity with the specifications established in ISO 11140-1:2014 standard. / El lote de producto **B60167** es conforme a las especificaciones establecidas en la norma ISO 11140-1:2014.



TERRAGENE S.A.

Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO