Product Quality Certificate
Certificado de Calidad de Producto

Rev. 08 | 05.2024

June 6th, 2025

Product code / Código de producto: IT26SAD

Product description / Descripción de producto: Unique point Integrator Indicator for Steam sterilization processes in a self-adhesive support. Type 5 according to ISO 11140-1. / Indicador Integrador de un punto para procesos de esterilización por Vapor en soporte autoadhesivo. Tipo 5 conforme ISO 11140-1.

Batch number / Número de lote: B50283

Manufacture date / Fecha de fabricación: 2025-05-01

Expiration date / Fecha de vencimiento: 2030-04-30

Transition color / Color de transición: Turns to green. / Vira a verde.

Process specification / Especificaciones de proceso:

$SV_{121°C}$ = 16.7 min

$SV_{128°C}$ = 8.6 min

$SV_{135°C}$ = 4.4 min



Ruta Nac. Nº 9, Km 280, CP 2130, Parque Industrial Micropi, Alvear, Santa Fe, Argentina
Tel +54 341 5587007 - info@terragene.com - www.terragene.com

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and ISO 11140-1 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP e ISO 11140-1. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: Product batch **B50283** meets the specifications under USP and ISO 11140-1 regulation. / El lote de producto **B50283** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP e ISO 11140-1.

TERRAGENE S.A.

Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO