


July 14th, 2023**Product code / Código de producto:** IT26SBL**Product description / Descripción de producto:** Unique point Integrator Indicator for Steam sterilization processes. Bilaminated strip, type 5 (according to ISO 11140-1). / Indicador Integrador de un punto para procesos de esterilización por Vapor. Tira bilaminada, tipo 5 (conforme ISO 11140-1).**Batch number / Número de lote:** B30291**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 2023-07**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 2028-07**Transition color / Color de Transición:** Turns to Green/Vira a Verde.**Process specification / Especificaciones de proceso:**SV_{121°C} = 16.6 minSV_{128°C} = 8.6 minSV_{135°C} = 4.5 min

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and ISO 11140-1 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP e ISO 11140-1. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: Product batch **B30291** meets the specifications under USP and ISO 11140-1 regulation. / El lote de producto **B30291** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP e ISO 11140-1.

**TERRAGENE S.A.**Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO