

## Product Quality Certificate | Certificado de Calidad de Producto

TERRAGENE®

September 26<sup>th</sup>, 2017Product code / Código de producto: IT26SBL

Product description / Descripción de producto: Unique point Integrator Indicator for Steam sterilization processes. Bilaminated strip. Type 5 (ISO 11140-1:2014) / Indicador Integrador de un punto para procesos de esterilización por Vapor. Tira bilaminada. Tipo 5 (ISO 11140-1:2014).

Batch number / Número de lote: IT26SBL010917Manufacture date / Fecha de fabricación: 2017-09Expiration date / Fecha de vencimiento: 2022-09Transition color / Color de Transición: Turns to Green/Vira a Verde.

Process specification / Especificaciones de proceso:

SV<sub>121°C</sub> = 18,8 minSV<sub>128°C</sub> = 8,5 minSV<sub>135°C</sub> = 4,4 min

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and ISO 11140-1:2014 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP e ISO 11140-1:2014. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

**CONCLUSION:** Product batch **IT26SBL010917** meets the specifications under USP and ISO 11140-1:2014 regulation/ El lote de producto **IT26SBL010917** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP e ISO 11140-1:2014.



TERRAGENE S.A.  
Lic. Adrián Rovetto  
DIRECTOR TÉCNICO