

## Product Quality Certificate | Certificado de Calidad de Producto

TERRAGENE®

March 14<sup>th</sup>, 2017**Product code / código de Producto:** IT26SBL**Product description / Descripción de producto:** Unique point Integrator Indicator for Steam sterilization processes. Bilaminated strip. Type 5 (ISO 11140-1:2014) / Indicador Integrador de un punto para procesos de esterilización por Vapor. Tira bilaminada. Tipo 5 (ISO 11140-1:2014).**Batch number / Número de lote:** IT26SBL260117**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 2017-01**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 2022-01**Transition color / Color de Transición:** Turns to Green/Vira a Verde.**Process specification / Especificaciones de proceso:**SV121°C = 20.0 minSV128°C = 10.1 minSV135°C = 4.5 min

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and ISO 11140-1:2014 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP e ISO 11140-1:2014. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

**CONCLUSION:** Product batch **IT26SBL260117** meets the specifications under USP and ISO 11140-1:2014 regulation/ El lote de producto **IT26SBL260117** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP e ISO 11140-1:2014.



TERRAGENE S.A.  
Lic. Adrián Rovetto  
DIRECTOR TÉCNICO