


April 14th, 2026**Product code / Código de producto:** IT26SBL**Product description / Descripción de producto:** Unique point integrator indicator for steam sterilization processes. Bilaminated strip, type 5 (according to ISO 11140-1:2014 standard). / Indicador integrador de un punto para procesos de esterilización por vapor. Tira bilaminada, tipo 5 (conforme a la norma ISO 11140-1:2014).**Batch number / Número de lote:** B60162**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 2026-03-01**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 2031-02-28**Transition color / Color de transición:** Turns to green / Vira a verde.**Process specifications / Especificaciones de proceso:**SV_{121°C} = 16.7 minSV_{128°C} = 8.0 minSV_{135°C} = 3.8 min

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with ISO 11140-1:2014 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con la norma ISO 11140-1:2014. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: Product batch **B60162** is in conformity with the specifications established in ISO 11140-1:2014 standard. / El lote de producto **B60162** es conforme a las especificaciones establecidas en la norma ISO 11140-1:2014.



TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO