



January 9th, 2015

Product Quality Certificate / Certificado de Calidad de Producto

Product code / código de Producto: IT27-18S

Product description / Descripción de producto: Unique point Emulator Indicator for Steam sterilization processes. Class 6 (EN ISO 11140-1:2009) /Indicador Emulador de un punto para procesos de esterilización por Vapor. Clase 6 (EN ISO 11140-1:2009)

Batch number / Número de lote: IT2718S080115

Manufacture date / Fecha de fabricación: 01.2015

Expiration date / Fecha de vencimiento: 01.2020

Transition color / Color de Transición: Turns to Green/Vira a Verde.

Process specification / Especificaciones de proceso: 18 min, 134 °C

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and EN ISO 11140-1:2009 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP y EN ISO 11140-1:2009. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: Product batch **IT2718S080115** meets the specifications under USP and EN ISO 11140-1:2009 regulation/ El lote de producto **IT2718S080115** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP and EN ISO 11140-1:2009.



TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO