



08-05-13

TERRAGENE  
BIOTECNOLOGIA Y GENETICA

**Product Quality Certificate / Certificado de Calidad de Producto**

**Product code / Código de Producto:** IT27-18S

**Product description / Descripción de producto:** Unique point Emulator Indicator for steam sterilization process. Class 6 (EN ISO 11140-1:2009) Recommended for inactivation cycles of PRIONS/ Indicador Emulador de un punto para procesos de esterilización por vapor. Clase 6 (EN ISO 11140-1:2009). Recomendado para ciclos de inactivación de PRIONES.

**Batch number / Número de Lote:** IT2718S042013

**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 04.2013

**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 04.2018

**Transition color / Color de Transición:** Turns to GREEN / Vira a GREEN

**Process specification / Especificaciones de proceso:** 18 min. 134°C STEAM

Parameters determined at the time of manufacturing complies with USP and EN ISO 11140-1:2009. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established.

Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme a estándares USP y EN ISO 11140-1:2009. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

**Conclusion:** The product batch **IT2718S042013** meets the specifications under USP and EN ISO 11140-1:2009 regulation. / El lote de producto **IT2718S042013** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP y EN ISO 11140-1:2009.

Lic. Adrián Rovetto  
DIRECTOR TÉCNICO  
TERRAGENE S.R.L.