Product Quality Certificate | Certificado de Calidad de Producto

TERRAGENE®

July 30th, 2019

Product code / Código de producto: IT27-3YS

Product description / Descripción de producto: Unique point Emulator Indicator for Steam sterilization processes, type 6 (ISO 11140-1). / Indicador Emulador de un punto para procesos de esterilización por Vapor, tipo 6 (ISO 11140-1).

Batch number / Número de lote: IT273YS180719

Manufacture date / Fecha de fabricación: 2019-07

Expiration date / Fecha de vencimiento: 2024-07

Transition color / Color de Transición: Turns to black/Vira a negro.

Process specification / Especificaciones de proceso: 3 min., 134 ºC

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and ISO 11140-1 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP e ISO 11140-1. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: Product batch IT273YS180719 meets the specifications under USP and ISO 11140-1 regulation. / El lote de producto IT273YS180719 cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP e ISO 11140-1.

TERRAGENE S.A.

Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO