Terragene®

Product Quality Certificate
Certificado de Calidad de Producto

Rev. 07 | 03.2021

June 16th, 2022

Product code / Código de producto: IT27-4YS

Product description / Descripción de producto: Unique point Emulator Indicator for Steam sterilization processes. Type 6 (according to ISO 11140-1). / Indicador Emulador de un punto para procesos de esterilización por Vapor. Tipo 6 (conforme ISO 11140-1).

Batch number / Número de lote: B20283

Manufacture date / Fecha de fabricación: 2022-06

Expiration date / Fecha de vencimiento: 2027-06

Transition color / Color de transición: Turns to Black / Vira a Negro.

Endpoint conditions / Condiciones del punto final: 4 min., 134 °C // 12 min., 121 °C

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and ISO 11140-1 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP e ISO 11140-1. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: Product batch **B20283** meets the specification sunder USP and ISO 11140-1 regulation. / El lote de producto **B20283** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP e ISO 11140-1.

TERRAGENE S.A.

Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO

Ruta Nac. Nº 9, Km 280, CP 2130, Parque Industrial Micropi, Alvear, Santa Fe, Argentina
Tel +54 341 5587007 - info@terragene.com - www.terragene.com