

December 5th, 2025**Product code / Código de producto:** IT27-4YS**Product description / Descripción de producto:** Unique point emulator indicator for steam sterilization processes. Type 6 (according to ISO 11140-1:2014 standard). / Indicador emulador de un punto para procesos de esterilización por vapor. Tipo 6 (conforme a la norma ISO 11140-1:2014).**Batch number / Número de lote:** B50671**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 2025-11-01**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 2030-10-31**Transition color / Color de transición:** Turns to black / Vira a negro.**Endpoint conditions / Condiciones del punto final:** 4 min., 134 °C // 12 min., 121 °C

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with ISO 11140-1:2014 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con la norma ISO 11140-1:2014. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: Product batch **B50671** is in conformity with the specifications established in ISO 11140-1:2014 standard. / El lote de producto **B50671** es conforme a las especificaciones establecidas en la norma ISO 11140-1:2014.


TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO