



03.2014

TERRAGENE

BIOTECNOLOGIA Y GENETICA

Product Quality Certificate / Certificado de Calidad de Producto

Product code / Código de Producto: IT27-7YS

Product description / Descripción de producto: Unique point Integrator Indicator for steam sterilization process. Class 6 (EN ISO 11140-1:2009) /Indicador Integrador de un punto para procesos de esterilización por vapor. Clase 6 (EN ISO 11140-1:2009)

Batch number / Número de Lote: IT277YS032014

Manufacture date / Fecha de fabricación: 03.2014

Expiration date / Fecha de vencimiento: 03.2019

Transition color / Color de Transición: Turns to black / Vira a negro.

Process specification / Especificaciones de proceso: 7 min. 134 °C / 20 min. 121 °C

Parameters determined at the time of manufacturing complies with USP and EN ISO 11140-1:2009. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established.

Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme a estándares USP y EN ISO 11140-1:2009. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

Conclusion: The product batch **IT277YS032014** meets the specifications under USP and EN ISO 11140-1:2009 regulation. / El lote de producto **IT277YS032014** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP y EN ISO 11140-1:2009.



TERRAGENE S.R.L.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO