



October 17th, 2014

Product Quality Certificate / Certificado de Calidad de Producto

Product code / Código de Producto: IT27-7YS

Product description / Descripción de producto: Unique point Emulator Indicator for Steam sterilization processes. Class 6 (EN ISO 11140-1:2009) / Indicador Emulador de un punto para procesos de esterilización por Vapor. Clase 6 (EN ISO 11140-1:2009).

Batch number / Número de Lote: IT277YS102014

Manufacture date / Fecha de fabricación: 10.2014

Expiration date / Fecha de vencimiento: 10.2019

Transition color / Color de Transición: Turns to Black / Vira a Negro

Process specification / Especificaciones de proceso: 7 min., 134 °C // 20 min., 121 °C

Parameters determined at the time of manufacturing complies with USP and EN ISO 11140-1:2009. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme a estándares USP y EN ISO 11140-1:2009. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: The product batch **IT277YS102014** meets the specifications under USP and EN ISO 11140-1:2009 regulation. / El lote de producto **IT277YS102014** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP y EN ISO 11140-1:2009.

TERRAGENE S.A.

Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO