



July 7<sup>th</sup>, 2016

**Product Quality Certificate / Certificado de Calidad de Producto**

**Product code / código de Producto:** IT27-7YS

**Product description / Descripción de producto:** Unique point Emulator Indicator for Steam sterilization processes. Type 6 (ISO 11140-1:2014) / Indicador Emulador de un punto para procesos de esterilización por Vapor. Tipo 6 (ISO 11140-1:2014).

**Batch number / Número de lote:** IT277YS140616

**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 2016-06

**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 2021-06

**Transition color / Color de Transición:** Turns to Black/Vira a Negro.

**Process specification / Especificaciones de proceso:** 7 min., 134 °C // 20 min., 121 °C

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and ISO 11140-1:2014 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP y ISO 11140-1:2014. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

**CONCLUSION:** Product batch **IT277YS140616** meets the specifications under USP and ISO 11140-1:2014 regulation / El lote de producto **IT277YS140616** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP and ISO 11140-1:2014.



TERRAGENE S.A.

Lic. Adrián Rovetto  
DIRECTOR TÉCNICO