

August 16th, 2022**Product code / Código de producto:** IT27-7YS

Product description / Descripción de producto: Unique point Emulator Indicator for Steam sterilization processes, type 6 (according to ISO 11140-1). / Indicador Emulador de un punto para procesos de esterilización por Vapor, tipo 6 (conforme ISO 11140-1).

Batch number / Número de lote: B20458**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 2022-08**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 2027-08**Transition color / Color de transición:** Turns to Black / Vira a Negro.**Endpoint conditions / Condiciones del punto final:** 7 min., 134 °C // 20 min., 121 °C

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and ISO 11140-1 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP e ISO 11140-1. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: Product batch **B20458** meets the specifications under USP and ISO 11140-1 regulation. / El lote de producto **B20458** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP e ISO 11140-1.


TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO