



04-2014



**TERRAGENE**

BIOTECNOLOGIA Y GENETICA

**Product Quality Certificate / Certificado de Calidad de Producto**

**Product code / Código de Producto:** IT28

**Product description / Descripción de producto:** Emulator Indicator for steam sterilization process. Class 6 (EN ISO 11140-1:2009) / Indicador Emulador para procesos de esterilización por vapor. Clase 6 (EN ISO 11140-1:2009).

**Batch number / Número de Lote:** IT28012014

**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 01.2014

**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 01.2019

**Transition color / Color de Transición:** Turns to black / Vira a negro

**Process specification / Especificaciones de proceso:** 15 min. 121 °C / 3.5 min. 134 °C, STEAM

Parameters determined at the time of manufacturing complies with USP and EN ISO 11140-1:2009. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme a estándares USP y EN ISO 11140-1:2009. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

**Conclusion:** The product batch **IT28012014** meets the specifications under USP and EN ISO 11140-1:2009 regulation. / El lote de producto **IT28012014** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP y EN ISO 11140-1:2009.



TERRAGENE S.R.L.  
Llo. Adrián Rovetto  
DIRECTOR TECNICO

Terragene S.R.L.

Güemes 2879 - 2000 Rosario - Santa Fe - Argentina

Tel.: +54 341 4362015 / 4306245 / 4300446 / 4300616

[www.terragene.com.ar](http://www.terragene.com.ar)