

Product Quality Certificate | Certificado de Calidad de Producto

TERRAGENE®

November 24th, 2016Product code / Código de Producto: IT28

Product description / Descripción de producto: Emulator Indicator for Steam sterilization processes. Type 6 (ISO 11140-1:2014) / Indicador Emulador para procesos de esterilización por Vapor. Tipo 6 (ISO 11140-1:2014).

Batch number / Número de Lote: IT28181016Manufacture date / Fecha de fabricación: 2016-10Expiration date / Fecha de vencimiento: 2021-10Transition color / Color de Transición: Turns to Black/Vira a Negro.Process specification / Especificaciones de proceso: 15 min. 121 °C // 3.5 min. 134 °C

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and ISO 11140-1:2014 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP y ISO 11140-1:2014. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: Product batch **IT28181016** meets the specifications under USP and ISO 11140-1:2014 regulation/ El lote de producto **IT28181016** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP and ISO 11140-1:2014.



TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO