

September 21st, 2021**Product code / Código de Producto:** IT28**Product description / Descripción de producto:** Emulator Indicator for Steam sterilization processes. Type 6 (according to ISO 11140-1). / Indicador Emulador para procesos de esterilización por Vapor. Tipo 6 (conforme ISO 11140-1).**Batch number / Número de Lote:** B10455**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 2021-09**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 2026-09**Transition color / Color de Transición:** Turns to Black/Vira a Negro.**Endpoint conditions / Condiciones del punto final:** 15 min. 121 °C // 3.5 min. 134 °C

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and ISO 11140-1 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP y ISO 11140-1. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: Product batch **B10455** meets the specifications under USP and ISO 11140-1 regulation. / El lote de producto **B10455** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP e ISO 11140-1.


TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO