



01-08-11

TERRAGENE

BIOTECNOLOGIA Y GENETICA

**Product Quality Certificate / Certificado de Calidad de Producto****Product code / Código de Producto:** IT28**Product description / Descripción de producto:** Emulator Indicator for steam sterilization process. Class 6 (EN ISO 11140-1:2009) /Indicador Emulador para procesos de esterilización por vapor. Clase 6 (EN ISO 11140-1:2009)**Batch number / Número de Lote:** IT28 07.2011**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 07.2011**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 07.2016**Transition color / Color de Transición:** Turns to black / Vira a negro**Process specification / Especificaciones de proceso:** 15min. 121°C/ 3.5 min. 134 °C, STEAM

Parameters determined at the time of manufacturing complies with USP and EN ISO 11140-1:2009. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established.

Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme a estándares USP y EN ISO 11140-1:2009. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

**Conclusion:** The product batch **IT28 07.2011** meets the specifications under USP and EN ISO 11140-1:2009 regulation. / El lote de producto **IT28 07.2011** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP y EN ISO 11140-1:2009.

BIOTECNOLOGIA Y GENETICA

TERRAGENE S.R.L.  
Lic. Adrián Rovetto  
DIRECTOR TECNICO