



04-10-11

TERRAGENE
BIOTECNOLOGIA Y GENETICA

Product Quality Certificate / Certificado de Calidad de Producto

Product code / Código de Producto: IT30

Product description / Descripción de producto: Integrator Indicator for Dry Heat sterilization processes. Class 5 (EN ISO 11140-1:2009) /Indicador Integrador para procesos de esterilización por Calor Seco. Clase 5 (EN ISO 11140-1:2009)

Batch number / Número de Lote: IT30 10.2011

Manufacture date / Fecha de fabricación: 10.2011

Expiration date / Fecha de vencimiento: 10.2016

Transition color / Color de Transición: Turns to brown / Vira a marrón claro

Process specification / Especificaciones de proceso: 160 °C, 40 minutes DRY HEAT/ 160 °C, 40 minutos CALOR SECO.

Parameters determined at the time of manufacturing complies with USP and EN ISO 11140-1:2009. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established.
Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme a estándares USP y EN ISO 11140-1:2009. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

Conclusion: The product batch **IT30 10.2011** meets the specifications under USP and EN ISO 11140-1:2009 regulation. / El lote de producto **IT30 10.2011** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP y EN ISO 11140-1:2009.


TERRAGENE S.R.L.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO