# Product Quality Certificate | Certificado de Calidad de Producto

TERRAGENE®

August 12th, 2017

**Product code / código de Producto:** IT31

**Product description / Descripción de producto:** Emulator Indicator for Dry Heat sterilization processes. Type 6 (ISO 11140-1:2014) / Indicador Emulador para procesos de esterilización por Calor Seco. Tipo 6 (ISO 11140-1:2014).

**Batch number / Número de lote:** IT31210617

**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 2017-06

**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 2022-06

**Transition color / Color de Transición:** Turns to Brown /Vira a Marrón.

**Process specification / Especificaciones de proceso:** 160°C, 40 minutes//160°C, 40 minutes

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and ISO 11140-1:2014 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP e ISO 11140-1:2014. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

**CONCLUSION:** Product batch **IT31210617** meets the specifications under USP and ISO 11140-1:2014 regulation/ El lote de producto **IT31210617** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP e ISO 11140-1:2014.

TERRAGENE S.A.

Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO