

December 1st, 2025**Product code / Código de producto:** KBD8948X

Product description / Descripción de producto: Bowie - Dick Test Card Kit for steam sterilization processes. Includes Bowie-Dick Test Card type 2 chemical indicator (according to ISO 11140-1:2014 standard) and its holder./ Kit para Tarjeta de Prueba Bowie-Dick para procesos de esterilización por Vapor. Incluye el indicador químico tipo 2 (conforme a la norma ISO 11140-1:2014) en la Tarjeta de Prueba Bowie-Dick y su correspondiente soporte.

Batch number / Número de lote: B50708**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 2025-09-01**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 2030-08-31**Transition color / Color de transición:** Turns to green / Vira a verde**Endpoint conditions / Condiciones del punto final:** 3.5 min, 134 °C // 4.0 min, 132 °C.

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with ISO 11140-1:2014 and ISO 11140-4:2007 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme a las normas ISO 11140-1:2014 e ISO 11140-4:2007. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: The product batch **B50708** is in conformity with the specifications established in ISO 11140-1:2014 and ISO 11140-4:2007 standards. / El lote de producto **B50708** es conforme a las especificaciones establecidas en las normas ISO 11140-1:2014 e ISO 11140-4:2007.


TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO