Product Quality Certificate | Certificado de Calidad de Producto

TERRAGENE®

August 14th, 2018

Product code / Código de producto: MK200

Product description / Descripción de producto: Marker with water based indicator ink for Steam sterilization processes. Type 1 (ISO 11140-1:2014). / Marcador con tinta indicadora a base de agua para procesos de esterilización por Vapor. Tipo 1 (ISO 11140-1:2014).

Batch number / Número de lote: MK200300718

Manufacture date / Fecha de fabricación: 2018-07

Expiration date / Fecha de vencimiento: 2019-01

Transition color / Color de transición: Turns to Red / Vira a Rojo

Process specification / Especificaciones de proceso: 2 min., 134 °C / 10 min., 121 °C.

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and ISO 11140-1:2014 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP e ISO 11140-1:2014. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: Product batch **MK200300718** meets the specifications under USP and ISO 11140-1:2014 regulation. / El lote de producto **MK200300718** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP e ISO 11140-1:2014.

TERRAGENE S.A.

Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO