



26-08-11

TERRAGENE

BIOTECNOLOGIA Y GENETICA

**Product Quality Certificate / Certificado de Calidad de Producto****Product code / Código de Producto:** PCD-A-E1

**Product description / Descripción de producto:** Chemical strips for use in Helix-PCD system for ethylene oxide (strips in sheets pre-punched of 10 units) Class 2 (EN ISO 11140-1:2009)/ Tiras químicas para utilización en sistema Helix-PCD para óxido de etileno (Tiras en láminas pretróqueladas de 10 unidades) Clase 2 (EN ISO 11140-1:2009)

**Batch number / Número de Lote:** PCD-A-E1 10.2011**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 10.2011**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 10.2016**Transition color / Color de Transición:** Turns to green/ Vira a verde**Process specification / Especificaciones de proceso:** 240 min. 54 °C, 600mg/l EO 60% RH.

Validated in a Helix-PCD device/ 240 min. 54 °C, 600mg/l OE 60% HR. Validado en dispositivo Helix-PCD.

Parameters determined at the time of manufacturing complies with USP, EN 867-5 and EN ISO 11140-1:2009. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established.

Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme a estándares USP, EN 867-5 y EN ISO 11140-1:2009. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

**Conclusion:** The product batch **PCD-A-E1 10.2011** meets the specifications under USP, EN 867-5 and EN ISO 11140-1:2009 regulation. / El lote de producto **PCD-A-E1 10.2011** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP, EN 867-5 y EN ISO 11140-1:2009.

TERRAGENE S.R.L.  
Lic. Adrián Rovetto  
DIRECTOR TÉCNICO