

April 9th, 2026**Product code / Código de producto:** PCD-A-P1**Product description / Descripción de producto:** Test strip printed with indicator ink used in Helix-PCD system for the control of plasma or vaporized hydrogen peroxide sterilization processes (10 punched strips per sheet), type 2 (ISO 11140-1:2014). / Tira de prueba impresa con tinta indicadora utilizada en sistema Helix-PCD para el control de procesos de esterilización por plasma o vapor de peróxido de hidrógeno (10 tiras troqueladas por hoja), tipo 2 (ISO 11140-1:2014).**Batch number / Número de lote:** B60072**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 2026-02-01**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 2031-01-31**Transition color / Color de transición:** Turns to green / Vira a verde.**Process specifications / Especificaciones de proceso:** For Plasma or Vaporized H₂O₂ sterilization processes. Validated in a Helix-PCD device. / Para procesos por Plasma o Vapor de H₂O₂. Validado en dispositivo Helix-PCD.

Parameters determined at the time of manufacturing comply with USP and ISO 11140-1:2014. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme a estándares USP e ISO 11140-1:2014. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: The product batch **B60072** meets the specifications under USP and ISO 11140-1:2014 standards. / El lote de producto **B60072** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP e ISO 11140-1:2014.



TERRAGENE S.A.

Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO