



13-06-13

**TERRAGENE**  
BIOTECNOLOGIA Y GENETICA

**Product Quality Certificate / Certificado de Calidad de Producto**

**Product code / Código de Producto:** PCD-A-P1

**Product description / Descripción de producto:** Chemical strips for use in Helix-PCD system for VH2O2 (strips in sheets pre-punched of 10 units),(EN ISO 11140-1:2009)/ Tiras químicas para utilización en sistema Helix-PCD para VH2O2 (Tiras en láminas pretróqueladas de 10 unidades),(EN ISO 11140-1:2009)

**Batch number / Número de Lote:** PCDAP1062013

**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 06.2013

**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 06.2018

**Transition color / Color de Transición:** Turns to GREEN/ Vira a GREEN

**Process specification / Especificaciones de proceso:** For Peróxido de hidrogeno (vH2O2) processes. Validated in a Helix-PCD dispositivo/ Para procesos por Peróxido de hidrogeno (vH2O2). Validado en dispositivo Helix-PCD.

Parameters determined at the time of manufacturing complies with USP, EN 867-5 and EN ISO 11140-1:2009. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. /Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme a estándares USP, EN 867-5 y EN ISO 11140-1:2009. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

**Conclusion:** The product batch **PCDAP1062013** meets the specifications under USP, EN 867-5 and EN ISO 11140-1:2009 regulation. / El lote de producto **PCDAP1062013** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP, EN 867-5 y EN ISO 11140-1:2009.

  
TERRAGENE S.R.L.  
Lic. Adrián Rovetto  
DIRECTOR TÉCNICO